

令和7年度 上病第18号

設計書

事業名 光学式眼軸長測定装置購入事業

概 要 光学式眼軸長測定装置 一式

仕様書

1 購入品名

光学式眼軸長測定装置

2 購入物品名

0A-2000Comfort (株式会社トーメーコーポレーション製)

3 購入目的

老朽化した機器の更新

4 数量 (一式の構成は、「5 機器の内訳」のとおり)

一式

5 機器の内訳

- | | |
|-----------------------------|----|
| (1) 0A-2000Comfort (バレット式付) | 1台 |
| (2) 眼軸長・角膜圧測定装置 AL-4000 | 1台 |
| (3) 顎台アタッチメント | 1台 |
| (4) USB磁気カードリーダー | 1台 |
| (5) NAVIS-AZU接続費 | 1式 |

6 機器の要求仕様

- (1) 眼軸長測定を行い、白内障手術時必要なIOLのパワー計算が可能なこと
- (2) 測定時間の短縮, 保存件数が拡大されていること
- (3) 角膜形状解析機能が搭載されていること
- (4) LASIK術後眼対応式, トーリックIOL式が搭載されていること
- (5) 光学式測定が難しい症例でも超音波式にて眼軸長を計測可能なこと

7 納入期限

令和7年10月31日

8 納入場所

かみいち総合病院 眼科

9 その他

- (1) 搬入、設置、調整等

ア 本システム及びシステム機器 (以下「本システム」という。) は、未使

用の新品であること。

イ 受注者は、本システムの搬入から運用開始までのスケジュールその他について、医療業務を考慮の上、発注者と綿密に調整すること。

ウ 搬入時までの管理、また、これに伴う保険加入その他必要な対応については、受注者の負担により行うこと。

エ 指定された納入場所への本システムの搬入、配線、運転、調整等を受注者の負担により行うこと。また、代理店を通じて納入する場合、メーカー及びディーラーは、必ず立ち会うこと。メーカー単独は、不可とする。

オ 本システムの引渡しは、正常に作動し、即使用できることを確認し、納入完了届、取扱説明書等を提出、発注者へ本システムの取扱説明を行った上で、引渡し完了とする。

カ 本システムの引渡し後1年間は、保証期間として、発注者が定められた使用方法、保管方法を守った上で、システム本来の性能が発揮されない場合や故障した場合に限り、受注者は、点検、調整、修理（部品交換含む。）等のメンテナンスを無償により行うこと。

キ 受注者は、障害発生時、診療に支障が生じなよう迅速かつ円滑に対応すること。

ク その他不明な点は、発注者担当の指示に従うものとする。

(2) 教育支援体制

ア 本システムの取扱いに関する教育訓練は、発注者が指定する日時、場所で行うこととし、本システムの使用者及び関係者に対してメーカー担当者から操作説明、保守等についての説明、教育を行うこと。

イ 受注者は、本システムに取り付けるための簡易取扱説明書を提供すること。

以上